

仕様書等に関する質問及び回答

委託番号	14・15	件	名	和歌川終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託・中央終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託
------	-------	---	---	------------------------------------------------

担当（回答）課	企業局 下水道部 終末処理場管理課（1については企業局経営管理部契約課）
---------	--------------------------------------

No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1	和歌川終末処理場と中央終末処理場の件が同じ仕様書に入っているが、2物件が同一発注なのか？	入札説明書8（5）及び9（10）のとおりです。
2	<p>【和歌川終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託】</p> <p>和歌川終末処理場の地下水について、採取口の状況が不明。ポンプアップして蛇口から採取か、観測孔から水中ポンプ等で採取か？</p> <p>観測孔の場合、予備揚水(観測孔内の滞留水を排除した後、新たに滞留した地下水が対象か？その場合、復水は十分か？観測孔の深度はどれくらいか？</p>	<p>【和歌川終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託】</p> <p>観測孔（口径：約150mm）からロープを繋いだ採水器等を用いて採取する方法になります。採取に必要な機器は受託者が準備するものとします。</p> <p>採取時に滞留している地下水が対象になります。観測孔の深度は約2mになります。</p>
3	<p>【和歌川終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託】</p> <p>和歌川終末処理場において、ばいじん、珪砂、汚泥の引取を同日としているが、別日を指定されることはあるか？</p>	<p>【和歌川終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託】</p> <p>同日を予定します。ただし、運転状況や天候等により別日を指定する場合があります。そういった予期せぬ状況時は協議させていただきます。</p>
4	<p>【中央終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託】</p> <p>中央終末処理場においては、汚泥の対象検体に中央終末処理場と北部終末処理場が指定されているが、引取を別日に指定されることはあるか？</p>	<p>【中央終末処理場ダイオキシン類測定分析業務委託】</p> <p>同日を予定します。ただし、運転状況や天候等により別日を指定する場合があります。そういった予期せぬ状況時は協議させていただきます。</p>