

仕様書等に関する質問及び回答

購入物品名称	高規格救急自動車
--------	----------

担当（回答）課	和歌山市消防局警防課
---------	------------

No.	質問事項	回答事項
1	今後、国際情勢等により、ナフサ等の原材料供給不足や予期しない事態が発生する可能性があります。万が一の場合は、大変恐縮ですが、納期等について協議のうえ調整させていただくことは可能でしょうか。	原則として、納期内での納入をお願いします。ただし、受注者の責めに帰することができない事由が発生した場合、別途協議いたします。
2	P. 2 7保証（1）保証期間について、救急車艙装部分は車両登録後1年または2万km走行の何れか早い方までとなります。よろしいでしょうか。	仕様書どおりとします。
3	P. 3 3シャシ標準仕様（12）とP. 6（20）のアルミホイール付について、弊社商品はスチールホイールが標準装備でアルミホイールのオプション設定がなく対応できません。スチールホイールにてそれぞれ対応させていただいてもよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	P. 4 5（4）イ デジタルメディア対応型カーステレオとは、ディスプレイオーディオとの理解でよろしいでしょうか。	デジタルメディア対応型カーステレオにはディスプレイオーディオも含まれます。
5	P. 5 6（3）LED式ヘッドライトについて、弊社商品は1灯の光源でロービームとハイビームの切り替えが行えるBi-Beam（バイビーム）LEDとなり、オートレベルング機能は無くマニュアルレベルング機能付になりますがよろしいでしょうか。	問題ありません。
6	P. 6 6（11）救命器具の積載方法について、電動ストレッチャー等搭載による重量超過対策として別途バッグに収納して積載する方法でもよろしいでしょうか。	問題ありません。

7	<p>P. 8 (10) イ 電動ストレッチャー等搭載による重量超過のため、左後ルーフサイドに資材収納スペースを設けることが出来ません。よろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書P. 9 (11) 記載のとおり、入札後、当局と協議し、収納スペースを決定することとします。</p>
8	<p>P. 8 (10) ク 電動ストレッチャー等搭載による重量超過のため、右側面の最後部に大型二段式キャビネットを設けることが出来ません。収納庫A (上段のトレイ部分無し仕様) での対応となりますが、よろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書P. 9 (11) 記載のとおり、入札後、当局と協議し、収納スペースを決定することとします。</p>
9	<p>P. 8 (10) シ 患者室ティッシュ・グローブボックスについて、各機材レイアウトの関係から、マグネットタイプとし、自動心マッサージ器固定装置上方への金属プレート取付による、組合せ対応でもよろしいでしょうか。</p>	<p>自動式心マッサージ器の取り付け及び取り外しに支障がなければ、問題ありません。</p>
10	<p>P. 10 2 (4) 反射テープについて、各ドアの必要な箇所とはどの部分にどのくらいの長さの反射テープが必要となりますか。また、使用するテープの具体的なメーカー、商品名、品番、色等はいかがでしょうか。</p>	<p>商品名、型番に指定はありません (参考：3Mダイヤモンドグレードコンスピキュイティ反射シートPX9400シリーズ)。 貼り付け場所は、各ドア側面部 (ドアロック付近) となります。 詳細は、入札後、当局と協議することとします。</p>
11	<p>P. 11-7, P. 12-8 消防用無線電話装置及び高機能消防指令システム端末装置について、今回の既に車両に取付されている既存消防用無線機器及び、既存高機能消防指令システム端末装置の載せ換えは、指定業者様 保守契約内での載せ換え作業との解釈でよろしいでしょうか。 この場合 新車への移設以外の玉突き移設は何台のご予定となりますでしょうか。(入札金額に影響があるため)</p>	<p>消防用無線電話装置及び高機能消防指令システム端末装置の新車への取り付け (既存車からの取り外し含む) は、保守契約内で行います。 その他、玉突き移設に関しては、当事業で実施することとします。 【取付イメージ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●新車 新車への機器の取り付け (保守契約) ●救急車1 救急車1の機器を取り外し (保守契約) 救急車2の機器を設置 (当事業) ●救急車2 (廃車) 救急車2の機器を取り外し (当事業)